

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Genetia production s.r.o. – Inovace procesu výroby a plnění léčebného konopného extraktu
Druh výběrového řízení:	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_2110.html
Identifikace projektu:	Inovace procesu výroby a plnění léčebného konopného extraktu, registrační číslo: CZ.01.01.01./02/25_064/0007808

Název zadavatele:	Genetia production s.r.o.
Sídlo zadavatele:	Inovační 122, Hodkovice, 252 41 Zlatníky-Hodkovice
Zastoupen:	Petr Svoboda, jednatel
IČO:	19452519
DIČ:	CZ19452519

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Bc. Ing. Iveta Minx Prášková
Telefon:	+420 739 547 265
E-mail:	praskova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 22. 10. 2025 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace **pro část 2 veřejné zakázky** následujícího znění:

Dobrý den,

dovolujeme si Vás požádat o vysvětlení v technické specifikaci (příloha č. 3 zadávací dokumentace) týkající se části 2 Flash Chromatografie s UV-VIS +ELS detekcí:

¹ V souladu s § 43 odst. 1 ZZVZ na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

Dotaz č. 1:

Nejsme si jisti, co konkrétně zadavatel myslí pod pojmem "Automatické zavádění kapalných vzorků" (uvedeno v technické specifikaci u chromatografického výkonu). Bude zadavatel akceptovat systém, kdy jsou kapalně vzorky zaváděny pomocí injekční stříkačky? Veškeré další kroky po zavedení vzorku probíhají automaticky na základě nastavené analýzy.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel upřesňuje, že požadavek na „automatické zavádění kapalných vzorků“ je splněn i v případě, kdy je kapalně vzorek do systému zaveden obsluhou pomocí injekční stříkačky, přičemž veškeré následné kroky analýzy probíhají automaticky na základě předem nastaveného programu, bez nutnosti dalšího zásahu obsluhy během měření.

Dotaz č. 2:

v bodě "software a řízení systému" si nejsme jisti co je myšleno správou uživatelských účtů. Lze si pod správou vyložit nastavení uživatelského účtu a rozlišení servisního módu od laboratorního módu pod přístupovým heslem pro znemožnění omylných změn nastavení systému?

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel pod pojmem správy uživatelských účtů myslí nastavení tohoto účtu a přístupu pod heslem za účelem změny aktuální funkčnosti systému, aby se předešlo neoprávněné manipulaci se systémem.

Za zadavatele – Genetia production s.r.o.:

Bc. Ing. Iveta Minx Prášková

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci