



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

k zakázce na dodávky s názvem:

„Portálový souřadnicový měřicí stroj“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j.: MPO 29205/17/61100, platnými ke dni 2. 5. 2017 v rámci projektu s názvem „Produktová a organizační inovace výroby komponent V-line 2.0 ve společnosti Adast Systems, a.s.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Inovace, 01_17_109 INOVACE – Inovační projekt Výzva IV,

Zadavatel

Název/Obchodní firma: **Adast Systems, a.s.**
Sídlo: č.p. 496, 679 04 Adamov
Zastoupen: Ing. Martin Svoboda, člen představenstva
IČ: 46995919
DIČ: CZ 46995919
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 963.
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Pokorný
Telefon: +420 737 217 720
E-mail: pokorny@adastsystems.cz

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČ: 25597001
DIČ: CZ25597001
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100
Kontaktní osoba: Ing. Roman Bielik
Telefon: + 420 731 193 745, + 420 515 917 653
Fax: + 420 515 917 660
E-mail: bielik@grantika.cz

Ve věci shora označené zakázky zadavatel poskytuje v souladu čl. XII. zadávací dokumentace **vysvětlení zadávací dokumentace** (dále jen „Vysvětlení“).

I.

Zadavatel po zahájení výběrového řízení zjistil rozpor v zadávací dokumentaci:

- ve **VPN** – čl.VI. odst. 2) písm. B. je uvedena hodnota **Y = 1000 mm** – $X \times Y \times Z = 800 \times 1000 \times 700$ mm

- v Příloze č. 4 - **Technická specifikace předmětu zakázky** v tabulce parametrů je uvedena hodnota **Y = 1500 mm** – $X \times Y \times Z = 800 \times 1500 \times 700$ mm:

správná hodnota

Pracovní rozsah měřicího stolu (hodnotící kritérium)	V ose X x Y x Z (mm): >= 800 x 1500 x 700	
---	---	--

Článek VI, odst. 2) písm. B Výzvy k podání nabídek zní správně:

- B. *V rámci dílčího kritéria hodnocení **Pracovní rozsah měřicího stolu** budou nabídky hodnoceny podle součtu přesahů rozsahů v jednotlivých osách oproti minimálnímu požadovanému rozsah, tzn. oproti rozsahu 800 x 1500 x 700 mm (X x Y x Z). Pokud nabízené plnění nesplní minimální požadovaný rozsah 800 x 1500 x 700 mm, bude nabídka vyřazena z výběrového řízení. Za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejvyšší číselnou hodnotou součtu v mm.*

II.

V souvislosti s vydáním tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. X, odst. 2 a čl. XIV zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

X. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

- 2) Nabídka bude doručena na adresu sídla osoby zastupující zadavatele, tj. na adresu **Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno, nejpozději 21. 11. 2017 do 10:00 hod.** Účastník může nabídku na výše uvedenou adresu zaslat poštou nebo ji podat osobně v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. a v poslední den lhůty pro podání nabídek od 8:00 do 10:00 hodin.

XIV. INFORMACE O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

- 1) Zadavatelem ustanovená komise otevře ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu na svém **veřejném zasedání** konaném v sídle osoby zastupující zadavatele **dne 21. 11. 2017 v 10:00 hodin.**

V Brně dne 18. 10. 2017

Za zadavatele – Adast Systems, a.s.:
podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Roman Bielak
vedoucí odboru výběrových řízení
Erste Grantika Advisory, a.s.
na základě plné moci