



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

Název veřejné zakázky:	Rozšíření vybavení VaV centra společnosti Aerosol – service a.s.
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1347.html
Identifikace projektu:	Název: Rozšíření vybavení VaV centra společnosti Aerosol – service a.s. Program: OP PIK, POTENCIÁL – Výzva VII., Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024140.

Název zadavatele:	Aerosol - service a.s.
Sídlo zadavatele:	Pletený Újezd, Družstevní 2, PSČ 27351
Zastoupen:	Jiří Kafka, člen představenstva
IČO:	24123145
DIČ:	CZ24123145

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy.



TENDERA

V souladu s ustanovením čl. 11 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 20. 9. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 31:

Dobrý den,

mám dotaz k Dotaz k VŘ: " Rozšíření vybavení VaV centra společnosti Aerosol – service a.s.“ – část 1.

V tabulce požadovaných technických parametrů pro klimatickou komoru, zadavatel požaduje hodnotu prostorové teplotní odchylky maximálně 1K při teplotních zkouškách. Mohl by zadavatel při teplotních zkouškách akceptovat dodání komory s prostorovou teplotní odchylkou +/- 1,5°C ?

Předem děkuji za vaši odpověď.

K dotazu č. 31 zadavatel uvádí následující:

Požadavek na hodnotu prostorové teplotní odchylky maximálně 1K při teplotních zkouškách je relevantní, neboť odráží požadavky na přesnost měření. Hodnotu prostorové teplotní odchylky +/- 1,5°C zadavatel neakceptuje.

V Brně dne 20. 9. 2021

Za zadavatele – Aerosol - service a.s.:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci