



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Rozšíření vybavení VaV centra společnosti Aerosol – service a.s. II.
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1347.html

Název zadavatele:	Aerosol - service a.s.
Sídlo zadavatele:	Pletený Újezd, Družstevní 2, PSČ 27351
Zastoupen:	Jiří Kafka, člen představenstva Ing. Helena Vymyslická, předseda dozorčí rady
IČO:	24123145
DIČ:	CZ24123145

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 11 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Zadavatel upravuje článek 7, odst. 2, písm. c) zadávací dokumentace následovně:

c) Doba plnění veřejné zakázky:

Shodně pro část 1 až 5 veřejné zakázky

- zahájení plnění Smlouvy: den následující po podpisu Smlouvy na danou část veřejné zakázky

¹ V souladu s § 43 odst. 1 ZZVZ na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

- ukončení plnění Smlouvy: do 26 týdnů od zahájení plnění Smlouvy v části 1
do 26 týdnů od zahájení plnění Smlouvy v části 2
do 26 týdnů od zahájení plnění Smlouvy v části 3
do 26 týdnů od zahájení plnění Smlouvy v části 4
do 26 týdnů od zahájení plnění Smlouvy v části 5.

II.

Zadavatel upravuje technickou specifikaci předmětu plnění **v části 1** veřejné zakázky – Klimatická komora následovně:

Původní Zadavatelem požadovaná minimální hodnota parametru klimatické komory v části teplotní zkoušky:

Tepelná kompenzace pro teplotní zkoušky: 2700-3000 W
--

Upravená Zadavatelem požadovaná hodnota parametru klimatické komory:

Tepelná kompenzace pro teplotní zkoušky: v rozmezí 2500-3000 W
--

a

Původní Zadavatelem požadovaná minimální hodnota parametru klimatické komory v části klimatické zkoušky:

Tepelná kompenzace pro teplotní zkoušky: 500-3000 W

Upravená Zadavatelem požadovaná hodnota parametru klimatické komory:

Tepelná kompenzace pro teplotní zkoušky: v rozmezí 500-3000 W

III.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohu zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 2.1 zadávací dokumentace – VPN_Příloha č. 2.1_Technická specifikace_část 1_v2

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

IV.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 9 odst. 3 a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 9. Způsob podání nabídek

- 3) Nabídka bude doručena na adresu kontaktního místa osoby zastupující zadavatele, tj. na adresu **TENDERA partners, s.r.o., Česká 161/1, 602 00 Brno**, nejpozději **do 17. 1. 2022 do 10:00 hodin**. Účastník může nabídku na výše uvedenou adresu zaslat poštou nebo ji podat osobně v pracovní dny od 8:00 do 15:30 hodin (pondělí až čtvrtek), od 8:00 do 13:30 hodin (pátek) a v poslední den lhůty pro podání nabídek od 8:00 do 10:00 hodin.

Článek 10. Otevírání nabídek

1. Zadavatelem ustanovená komise otevře ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu na svém **veřejném zasedání** na adrese kontaktního místa osoby zastupující zadavatele dne 17. 1. 2022 v 10:00 hodin.

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 - VPN_Příloha č. 2.1_Technická specifikace_část 1_v2

V Brně dne 15. 12. 2021

Za zadavatele – Aerosol - service a.s.:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci