



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Rozšíření vybavení VaV centra společnosti Aerosol – service a.s. II.
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1347.html

Název zadavatele:	Aerosol - service a.s.
Sídlo zadavatele:	Pletený Újezd, Družstevní 2, PSČ 27351
Zastoupen:	Jiří Kafka, člen představenstva Ing. Helena Vymyslická, předseda dozorčí rady
IČO:	24123145
DIČ:	CZ24123145

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

¹ V souladu s § 43 odst. 1 ZZVZ na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



TENDERA

V souladu s ustanovením čl. 11 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 17. 12. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Vážená paní inženýrko,

chtěl bych Vás požádat o vysvětlení parametru uvedeného v technické specifikaci pro část 5 – mikroskop, viskozimetr a refraktometr.

V požadavku na min. technickou specifikaci u viskozimetru je uveden parametr - **rozsah měření 0-40.000 mPa.s – 0-60.000 mPa.s.**

Vzhledem k tomu, že minimální naměřená hodnota viskozity je závislá na použité měřící geometrii, která však nikdy nenaměří hodnotu 0 mPa.s je tento požadavek irelevantní.

Je možné nabídnout přístroj s rozsahem viskozity začínajícím např. na hodnotě 1 mPa.s (pro vřeteno UL26) nebo 15 mPa.s (pro vřeteno L1) apod.?

Děkuji za odpověď.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Kritérium rozsahu viskozit je nutné chápat tak, že případný potenciální dodavatel přístroje by se se svým přístrojem na měření viskozity měl co nejvíce přiblížit minimálně k uvedenému nižšímu rozsahu, a to od 0 do 40.000mPas, ideálně však k rozsahu vyššímu uvedenému v zadávací dokumentaci, tj. 0 - 60.000mPas. Toho může být dosaženo i za pomoci různých vyměnitelných vřeten, jak uvádí tazatel. Pokud tedy tazatel dodá přístroj, kde jednoduchým způsobem lze vyměnit vřetena a pomocí nich pak pokrýt měření co největší části z druhého uvedeného rozsahu viskozit, tj. 0-60.000mPas, pak je tato podmínka splněna. Například, pokud vřeteno UL26 je vhodné a schopné měřit viskozity od 1mPas až do 20mPas a druhé uvedené vřeteno L1 (spolu s dalšími požadovanými vřeteny viz. L1-L4 a R2-R7 nebo jim odpovídající uvedených v „PŘÍLOHA Č. 2.5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“) je schopno měřit od 15mPas do 60.000mPas (nebo hodnoty ještě vyšší např. 100.000mPas, či dokonce ještě vyšší), pak je pomocí těchto vřeten pokryt interval od 1mPas do 60.000mPas (či ještě širší).

Vzhledem k požadavku zadavatele na rozsah měření viskozimetru začínajícím na hodnotě limitně se blížící 0, by nabídka přístroje s rozsahem viskozity začínajícím např. na hodnotě 1 mPa.s (pro vřeteno UL26) nebo 15 mPa.s (pro vřeteno L1) byla pro zadavatele akceptovatelná.

V Brně dne 20. 12. 2021

Za zadavatele – Aerosol - service a.s.:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci