

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

ČÁST 5 – MIKROSKOP, VISKOZIMETR A REFRAKTOMETR

Název veřejné zakázky:	Rozšíření vybavení VaV centra společnosti Aerosol – service a.s. II.
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1347.html
Identifikace projektu:	Název: Rozšíření vybavení VaV centra společnosti Aerosol – service a.s. Program: OP PIK, POTENCIÁL – Výzva VII., Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024140

Název zadavatele:	Aerosol - service a.s.
Sídlo zadavatele:	Pletený Újezd, Družstevní 2, PSČ 27351
Zastoupen:	Jiří Kafka, člen představenstva Ing. Helena Vymyslická, předseda dozorčí rady
IČO:	24123145
DIČ:	CZ24123145

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy.



TENDERA

Ve věci zadávacího řízení ke shora označené veřejné zakázce zadavatel ve smyslu § 122 odst. 1 ZZVZ

rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky v části 5 veřejné zakázky:

Pořadové číslo nabídky	1
Obchodní firma	Optoteam s.r.o.
Sídlo	Kupecká 2379/6, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO	06026168

A. Nabídková cena bez DPH	435.040,- CZK
B. Technické parametry	Sub-kritéria hodnocení:
B1. MIKROSKOP	Sub - Sub-kritéria hodnocení:
B1.1 Poměr zvětšení	7,5 x
B1.2 Výška pracovní plochy	115 mm
B2. VISKOZIMETR	Sub - Sub-kritéria hodnocení:
B2.1. Rozsah měření	1 mPa.s – 6.000.000 mPas.s v závislosti na použitém měřicím systému mPas.s
B2.2. Měření v teplotním rozmezí	-60 až +300 °C
B2.3. Objem vzorku potřebného k měření	500 ml
B3. REFRAKTOMETR	Sub - Sub-kritéria hodnocení:
B3.1. Rozsah měření indexu lomu	1,30 až 1,72
B3.2. Doba ustálení před začátkem měření	5 s
B3.3. Rozlišení měření indexu lomu	± 0,0001

Odůvodnění:

I.

Dne 7. 12. 2021 bylo uveřejněním výzvy k podání nabídek vč. zadávací dokumentace na profilu zadavatele zahájeno zadávací řízení k výše uvedené veřejné zakázce.

Nabídky měly být doručeny na adresu kontaktního místa osoby zastupující zadavatele, tj. na adresu TENDERA partners, s.r.o., Česká 161/1, 602 00 Brno, nejpozději do 17. 1. 2022 do 10:00 hodin.

V rámci stanovené lhůty pro podání nabídek zadavatel obdržel pouze 1 nabídku pro část 5 veřejné zakázky.

Zadavatel ustanovil pro účely posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi (dále jen „komise“), která na svých jednáních (dále jen „jednání“) provedla posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

II.

Vzhledem k tomu, že byla zadavateli doručena v části 5 veřejné zakázky pouze jediná nabídka účastníka Optoteam s.r.o., komise v souladu s § 122 odst. 2 ZZVZ hodnocení nabídky podle ekonomické výhodnosti neprováděla, pouze konstatovala, že obdržená nabídka účastníka splňuje požadavky zadavatele a je tudíž přijatelná a doporučila zadavateli rozhodnout o výběru této nabídky.

Komise dále konstatovala, že nabídka účastníka splnila podmínky účasti v zadávacím řízení a neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.


Zadavatel se se závěry hodnotící komise ztotožnil a rozhodl, jak je výše uvedeno.

III.

Zadavatel si v čl. 13 zadávací dokumentace vyhradil právo uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele.

V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

V Pleteném Újezdu dne 2.2.2022


.....
Ing. Helena Vymyslická
předseda dozorcí rady
na základě plné moci



